




辐射安全许可证相关政策 及网上申报程序

上海市普陀区生态环境局

2023年2月

一、辐射安全许可证相关政策解读

1、什么情况应当办理辐射安全许可证？




《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规规定，在中华人民共和国境内**生产、销售、使用**放射性同位素和射线装置的单位应当按照国务院有关规定办理辐射安全许可证。

2、办理辐射安全许可证应当具备哪些条件？

产生放射性废气、废液、固体废物的单位，需具有确保放射性废气、废液、固体废物**达标排放的处理能力**或者**可行的处理方案**。

有健全的**安全和防护管理规章制度、辐射事故应急措施**；




生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位申请领取许可证，应当有与所从事的生产、销售、使用活动规模相适应的，具备相应专业知识和防护知识及健康条件的**专业技术人员**；

有符合国家环境保护标准、职场卫生标准和安全防护要求的**场所、设施和设备**；

有专门的**安全和防护机构**或者专职、兼职**安全和防护管理人员**，并配备必要的**防护用品和监测仪器**；

3、什么情况下办理辐射安全许可证变更手续？



需要变更

《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》规定，辐射工作单位**变更单位名称、地址和法定代表人**的，应当自变更登记之日起**20日内**，向原发证机关申请办理许可证变更手续。

如**单位联系人、辐射工作场所负责人、管理机构负责人**等发生变更均不需要办理辐射安全许可证变更手续，只需在**国家核技术利用辐射安全管理系统**中进行信息维护即可。

无需变更

4、什么情况下应当重新申领辐射安全许可证？



《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等相关法律法规规定，**改变许可证规定的活动的种类或者范围的；新建或者改建、扩建生产、销售、使用设施或场所**的持证单位应当按照本办法规定的许可证申请程序，重新申请领取许可证。



5、什么时候办理辐射安全许可证延续?



许可证有效期

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等相关法律法规规定，许可证有效期为**5年**。

延续申请

有效期届满，需要延续的，应当于许可证**有效期届满30日前**向原发证机关提出延续申请。

6、终止生产、销售、使用放射性同位素与射线装置需要办理许可证注销吗?



按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关法律法规规定，辐射工作单位**终止生产、销售、使用放射性同位素与射线装置活动的，需要办理安全许可证注销手续。**



7、在已许可的工作场所进行同类别射线装置替换需要重新申领许可证吗？



在已许可的工作场所进行**同类别**射线装置替换，如果**工作场所未进行改建、扩建**，那么该活动既未改变许可证的活动种类和范围，又未对场所进行改建、扩建，不属于相关法律法规规定的重新申领许可证的范畴，只需申请更新辐射安全许可证副本的台账明细登记，**不需要重新申领许可证**。

如果设备进行替换后场所防护无法满足要求，**需对工作场所进行改建、扩建的**，即属于重新申领辐射安全许可证范畴，**需要重新申领许可证**。

二、辐射安全许可证网上申报

一网通办新办事项办事指南需要准备材料



申请表

来源渠道： 申请人自备；
全国核技术利用辐射安全申报系统打印

材料要求： 需原件，纸质版或电子版，纸质版需一份

注： 此为**必要材料**



本单位辐射安全管理规章制度

来源渠道： 申请人自备；申请单位应按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十三条至第十六条规定，建立本单位辐射安全管理规章制度

材料要求： 需原件，纸质版或电子版，纸质版一份

注： 此为**必要材料**



辐射工作管理人员学历证明

来源渠道： 政府部门核发；申请人学历证书，国外学历证明等

材料要求： 需原件和复印件，纸质版或电子版，纸质版一份

注： 此为**非必要材料**



已配监测仪器的发票（纯销售单位除外）

来源渠道： 申请人自备；根据所申请许可活动种类和类别，应配备相适应的监测仪器

材料要求： 需原件和电子版，纸质版或电子版，纸质版一份

注： 此为**非必要材料**

一网通办新办事项办事指南需要准备材料



本单位辐射安全管理规章制度

来源渠道： 申请人自备；申请单位应按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十三条至第十六条规定，建立本单位辐射安全管理规章制度

注： 此为**必要材料**

- 操作规程、
- 岗位职责、
- 辐射防护和安全保卫制度、
- 设备检修维护制度、
- 人员培训制度、
- 台账管理制度、
- 监测方案（包括人员剂量、场所等监测）
- 应急响应预案

全国核技术利用辐射安全申报系统

全国核技术利用辐射安全申报系统 | 欢迎登录

许可证信息公开查询 >

账户登录

请输入用户名/邮箱

请输入密码

请输入验证码  换一张

登录

[忘记密码?](#) [立即注册>>](#)

重要通知

根据生态环境部关于加强信息系统信息安全防护的相关要求，核与辐射安全中心于2019年6月在管理系统自动强化密码安全措施，即用户登录系统时需要将密码修改为强密码，否则无法使用系统各项功能。

截至2019年9月，仍有部分申报系统用户未登录系统修改密码，为落实相关工作部署，我中心决定于2019年9月16日启动账户冻结措施，即未登录申报系统修改密码的账户将被冻结，需通过邮件激活账号，或联系申报系统发证机关管理员激活账号(激活方法：监管系统-单位信息管理-申报系统账号管理-账号激活)。请通过激活的用户尽快登录申报系统修改密码，否则账号会在一定时间后再次被冻结。

网址: <http://rr.mee.gov.cn/rsmsreq/login.jsp>

全国核技术利用单位辐射安全许可证信息公开查询平台

全国核技术利用单位辐射安全许可证信息公开查询平台

全国核技术利用单位辐射安全许可证信息公开查询平台是向社会公众提供境内核技术利用单位许可证信息查询平台。本系统可通过单位名称、证书编号两项查询核技术利用单位许可证正本信息。

生态环境部发证辐射安全许可证信息查询

单位名称: 请输入单位名称 证书编号: 请输入证书编号 **查询**

地方发证辐射安全许可证信息查询


部级平台公开:

北京市	天津市	河北省	山西省	内蒙古自治区	辽宁省	吉林省
黑龙江	上海市	江苏省	浙江省	安徽省	福建省	江西省
山东省	河南省	湖北省	湖南省	广东省	广西壮族自治区	海南省
重庆市	四川省	贵州省	云南省	西藏自治区	陕西省	甘肃省
青海省	宁夏回族自治区	新疆维吾尔自治区	新疆生产建设兵团			

省级自行公开:

网址: http://rr.mee.gov.cn/rsmsreq/companOpenMessage_view.action

放射性同位素和射线装置的来源审核



台帐明细登记
(一) 放射源

证书编号:

序号	核算	出厂日期	出厂数量 (贝可)	标号	编码	类别	用途	场所	来源/去向	审核人	审核日期
									来源		
									去向		
									来源		
									去向		
									来源		
									去向		
									来源		
									去向		
									来源		
									去向		
									来源		
									去向		
									来源		
									去向		
									来源		
									去向		

国家系统材料说明 —— 以新办辐射安全许可证为例

材料一览

附件一

企业法人营业执照或
事业单位法人证正本
复印件及法定代表人
身份证复印件

附件二

环境影响评价文件
审批批复复印件

附件三

满足《放射性同位素
与射线装置安全许可
管理办法》第十三条
至第十六条相应规定
的证明材料

附件四

环境保护主管部门要
求提供的其他材料

根据环评分类管理名录应当编制报告书、表的核技术利用项目的批复文件：

上海市普陀区生态环境局

普环保审[2022]29号

上海市普陀区生态环境局关于上海市普陀区医院1台医用X射线装置（ERCP）使用项目环境影响报告表的审批意见

上海市普陀区医院：

你单位向我局提交的《上海市普陀区医院1台医用X射线装置（ERCP）使用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）审批申请已受理，现已审理完结。

一、你单位申报情况：

（一）你单位拟在 原有数字胃肠机摄影机房

根据环评分类管理名录应当填写登记表的核技术利用项目



建设项目环境影响登记表备案系统(上海市)

备案流程：

- 1.用户注册时，根据实际情况选择是单位/个人进行注册；
- 2.备案信息填写完整，点击提交后，系统自动生成备案号，同时对外公示；
- 3.系统生成备案号后，单位/个人打印表单并由法定代表人或主要负责人签字，备案。



继续

网址：<https://beian.china-eia.com/>

环境影响登记表备案完成后：**打印、签字**

建设项目环境影响登记表		填报日期：2022-10-14	
项目名称	普陀区... 肿瘤医院项目		
建设地点	上海市... 路... 号... 幢... 单元... 室	营业面积(m ²)	250
建设单位	上海... 有限公司	法定代表人或者主要负责人	
联系人	... 平	联系电话	
项目投资(万元)		环保投资(万元)	
拟投入生产运营日期	2022-12-01		
建设性质	新建		
备案依据	该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第172 类核技术利用建设项目中豁免I类、II类、III类、IV类、V类放射源的；使用IV类、V类放射源的；医疗机构使用植入治疗用放射性核素源的；销售非密封放射性物质的；销售II类射线装置的；生产、销售、使用III类射线装置的。		
建设内容及规模	新建放疗医院，内设X线检测，X线拍片室面积3.6平方米，长2米，宽1.8米		
主要环境影响	辐射环境影响	采取的环保措施及排放去向	环保措施： 六面防辐射屏蔽，地面20公分厚水泥石棉砂浆基础，5公分厚硫酸钡砂浆；四周墙体1公分基础，表面挂备厚5公分厚硫酸钡砂浆；顶面4层1.5公分厚硫酸钡砂浆。
承诺：	上海... 有限公司承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如发生建设内容、地点、规模等情况及由此导致的一切后果由上海海味宠物医院有限公司承担。承诺人：... 法定代表人或主要负责人签字：...		
备案回执	该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202231010700000370。		

国家系统申请表打印说明

注：国家系统填报结束提交后方可打印国家系统申请表

步骤一

- 提交申请后，点击下图框定图标



步骤二

- 点击下方“打印”“A4全本打印”要连接安装打印机



一网通办申报流程



注：打印好上述申请表后再开始一网通办申报步骤




网址：<https://www.shanghai.gov.cn/>

一网通办申报流程



关键步骤一

- 首页搜索“辐射安全许可证”如下：



关键步骤二

- 点击立即办理核对办事项：



一网通办申报流程



关键步骤三

- 填写环评批文号和备案号，界面如下：

相关信息获取如下：

上海市普陀区生态环境局

普环保审[2022]29号

上海市普陀区生态环境局关于上海市普陀区中心医院1台医用X射线装置(ERCP)使用项目环境影响报告表的审批意见

上海市普陀区中心医院：

你单位向我局提交的《上海市普陀区中心医院1台医用X射线装置

项目投资(万元)	250	环保投资(万元)	5
拟投入生产运营日期	2022-12-01		
建设性质	新建		
备案依据	该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第172 核技术应用建设项目中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的；使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的；医疗照射使用输入治疗放射性核素源的；销售非密封放射性物质的；销售Ⅱ类射线装置的；生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。		
建设内容及规模	新建宠物医院，内设X线检测，X线拍片室面积3.6平方米，长2米，宽1.8米		
主要环境影响	辐射环境影响	采取的环保措施及排放去向	环保措施： 六面防辐射屏蔽，地面20公分厚花岗岩层基础，5公分厚硫酸钡浇筑；四周墙体防辐射基础，表面贴含重晶石防辐射涂料；顶面4层1.5公分厚硫酸钡板防护。
承诺：	上海市普陀区中心医院周新华承诺所填写各项内容真实、准确，建设项目符合《建设项目环境影响评价备案管理办法》的规定。如弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由上海市普陀区中心医院周新华承担，并承担相关法律责任。法定代表人或主要负责人签字：周新华		
备案回执	该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：2022310107000003700。		

一网通办申报流程



关键步骤四（最后一步）

- 材料上传完整核对办事项，提交，完成：

申报流程小结

完成国家系统填报

打印国家系统申请表

一网通办申报、提交



谢谢大家!

上海市普陀区生态环境局

2023年2月

